

◆自動体外式除細動器の入札に関する質問および回答

(質問1)

仕様書2、装置の機器構成、その他

「自動体外式除細動器 AED-3250」とありますが、遠隔監視装置システムは不要の認識でよろしいでしょうか。

【回答1】

既存の AED が日本光電製の遠隔監視システムに登録されています。院内のすべての AED を同じシステム内での管理が必須と考えているため、日本光電製の遠隔監視システムは必須といたします。

(質問2)

仕様書2、装置の機器構成、その他

「自動体外式除細動器 AED-3250」とありますが、日本光電工業製 AED-3150 は AED 本体にカラー液晶画面を搭載しており、AED の音声ガイダンスと液晶画面のイラストと文字による操作説明が連動しております。

AED 本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AED を使用する際に混乱する恐れがあるため、AED 本体の音声ガイダンスと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。

【回答2】

今回の入札に関しましては、仕様書のと通りの規格・型番 (AED-3250) としております。AED-3250 には、オートショック機能が付いており、オートショック機能を用いることで、日頃 AED に関わる事がない人も使用できるように AED-3250 を選定しておりますので、AED-3150 は入札不可です。

(質問3)

仕様書2、装置の機器構成、その他

「自動体外式除細動器 AED-3250」とありますが、デザインは異なりますが、機能は同じ (AED 本体、予備電極パッド、レスキューキット収納) 弊社製のキャリングケース (AE-D3204) でもよろしいでしょうか。

【回答3】

今回の入札に関しましては、仕様書のと通りの規格・型番での条件としておりますので、同等品および日本光電製以外のキャリングケースは入札不可としております。

(質問4)

仕様書4、賃貸借物件及び数量

「AED 収納ボックス ウォール型」とありますが、弊社製の AEB0050 を同等品とご承認いただけますでしょうか。使用を添付いたしますので、ご回答をお願いします。

【回答4】

「仕様書4、賃貸借物件及び数量」と記載されておりますが、「仕様書2、装置の機器構成、その他」との認識でご回答いたします。

今回の入札に関しましては、仕様書のと通りの規格・型番での条件としておりますので、同等品の入札は不可としております。

尾鷲総合病院 病院総務課  
施設管理係