

電動式手術台 仕様書

この仕様書は、電動式手術台（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量

電動式手術台 1 式

2 装置の機器構成

つぎのものとし、搬入、組立、据付、調整、既存機器の引取がある場合は費用に含むこと。

メーカー名等	品名	規格・品番	数量
ミズホ株式会社	電動式手術台		1 式
	電動油圧手術台 MOT-VS600Dj	18-600-10	1
	Double Axis Armbord 本体	08-065-51	1
	Double Axis Armbord マットレス	08-065-53	1
	上肢台用固定バンド	08-084-03	1
	固定式カセット格納枠 頭板 タイプA	18-090-00	1
	固定式カセット格納枠 背板 タイプA	18-090-10	1
	固定式カセット格納枠 腰板 タイプA	18-090-20	1
	固定式カセット格納枠 ダブル脚板 タイプA	18-090-50	1
	若杉氏側部支持器 310mm 固定金具小Ver.2付	08-069-44	4
	アームシールド 高さ160mm マットレス付 2枚組	08-086-28	1

3 一般的条項

- ① 供給者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、供給者が責任を持って行うこと。
- ③ 供給者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能および取り扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品のものを納品すること。
- ⑤ 担当者の指示に従って、搬入・組立・据付・調整をすること。
- ⑥ 既存の機器の引取がある場合は引取を行うこと。

4 履行（納入）期限

契約の日から 令和5年3月31日

なお、納入に際し予め納入場所・該当部署とのスケジュールを確認したうえで、別途指定する日時に納入すること。

5 納入場所

尾鷲総合病院内 (尾鷲市上野町5番25号)

6 検査及び引き渡し

供給者は、納品及び調整完了後、速やかに総務課担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り換え等に要する費用は供給者の負担とする。

7 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、供給者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

8 その他

この仕様書に記載されていない事項については、当院係員と協議し決定する。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項の規定により、供給者は、尾鷲総合病院と締結した契約等の履行に際して、供給者又は下請負人等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。

- (1) 供給者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 供給者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。