

質 問 書

平成30年10月5日

住 所 尾鷲市中村町6-56
 商号又は名称 セコム三重株式会社
 代表者名 尾鷲事務所

〈質問責任者： 〉

「自動体外式除細動器（AED）5台」仕様書について、下記のとおり質問します。

No	質 問 事 項	回 答
	<p>仕様書 AED収納ボックス寸法 「既存のAED収納ボックス（内寸 38×38×14）に本体及び電極パッド等が全て収納可能なこと」とありますが、予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体（キャリングケース付き）脇のボックス内空きスペースに収納させて頂く運用でもよろしいでしょうか。</p> <p>仕様書 バッテリー、電極パッドの交換 バッテリー、電極パッド等の消耗品の交換について、定期交換時には期限を迎える前までに、使用時には弊社コールセンターへご連絡いただくことで状況確認のうえ、新しい消耗品を設置先に送付し、お客様で交換いただく運用でもよろしいでしょうか。</p>	<p>予備の電極パッド、レスキューキットはAED本体（キャリングケース付き）脇のボックス内空きスペースに収納させて頂く運用でも了承いたします。</p> <p>バッテリー、電極パッド等の消耗品の交換については、定期交換時は、業者で実施して頂き、使用時には病院側で交換します。</p>

※質問書の提出先

尾鷲総合病院 病院総務課施設管理係

TEL 0597-22-3111(内線121) FAX 0597-23-3285

提出期限 平成30年10月 10日(水) 午前11時30分まで

質 問 書

平成 30 年 10 月 9 日

住 所
商号又は名称
代表者名

尾鷲市南陽町 8 番 3 号
アルフレッサ株式会社
尾鷲支店
支店長 水越哲則

〈質問責任者〉

「自動体外式除細動器 (AED) 5 台」仕様書について、下記のとおり質問します。

No	質 問 事 項	回 答
1	耐用年数・保証期間 8 年以上と記載がありますが弊社製品は共に 7 年になります。残りの 1 年を総括保守サービスを SET にさせて頂ければ 8 年間の対応になります。宜しくご検討の程宜しくお願いいたします。	耐用年数・保証期間につきましては、仕様書に記載している 8 年以上の製品とさせていただきます。

※質問書の提出先

尾鷲総合病院 病院総務課施設管理係

TEL 0597-22-3111(内線121) FAX 0597-23-3285

提出期限 平成 30 年 10 月 10 日 (水) 午前 11 時 30 分まで