

自動体外式除細動器（AED）5台 仕様書

品名	寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	数量	仕様	
自動体外式除細動器 (AED)	既存のAED 収納ボックス (内寸38×38 ×14に本体及 び電極パッド 等が全て収納 可能なこと	5台	ガイド機能	音声による操作指示機能付（日本語による）
			セルフテスト	自動セルフテスト機能付（毎日）
			バッテリー	設置後待機寿命約4年以上
			電極パッド	・使用期限2年以上 ・成人用、小児用共通パッド又は成人用と小児用のパッドを備えていること。
			バッテリー、電極パッドの交換	<u>8年間のバッテリー、電極パッドの交換を提供すること。</u> (例：電極パッド使用期限2年の場合、3回の交換が必要。) 交換は業者で実施し、その費用も業者負担とすること。(但し、使用した場合のバッテリー、電極パッドの交換は除く。)
			耐用年数	8年以上
			保証期間	8年以上
			規格	医療器具（除細動器）として薬事法の承認を得ていること。
			クラス分類	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
			その他	・日本版救急蘇生法ガイドライン2015対応であること。 ・非医療従事者の使用が認められている機器であること。 ・キャリングケース付き ・成人、小児用共通パッド又は成人用と小児用パッドが使用できる機器であること。(成人・小児が使用できる付属品を含むこと)

- 注意) 1. 上記仕様を満たした商品であれば、メーカーは貴社に一任します。
2. 商品の搬入、梱包処理、設置費用、取り替える既存の自動体外式除細動器5台の廃棄費用も入札価格に含むこととします。
3. 最低価格の者を落札者とします。
4. 商品の納入場所は、透析、新棟3F、外来棟2F受付、臨床検査部、リハビリテーション部とします。
5. 使用についての問い合わせは、尾鷲総合病院病院総務課施設管理係までお願いします。
- ※納入期限 契約の日から90日以内。